Surquillo, 30 de julio de 2008

CARTA N º 001 -P-CE/ADS-0018-2008-INEN.

Señores:
POSTORES

Referencia : Adjudicación Directa Selectiva ADS-0018-2008-INEN
“Adquisición de Equipo Eco cardiógrafo”

Asunto : Absolución de Consultas y Observaciones a las bases.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y a la vez hacerles entrega de las Absoluciones de Consultas y Observaciones formuladas a las presentes bases, dando cumplimiento a lo establecido en el Calendario de Actividades de las Bases del Proceso de Selección en mención.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención al presente, me despido de usted.

Atentamente,

LIC. HUMBERTO NIZAMA A.
Presidente de Comité

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA ADS-0018-2008-INEN ADQUISICION DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFO.

EMPRESA: MEC ASOCIADOS S.A.

CONSULTA Nº 01

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 12

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En el numeral A18 se solicita:
Transductor de Banda Ancha, Adulto 2,0 a 4,0 Mhz.

Dado que los valores de las frecuencias de los transductores varían según los diseños de cada fabricante y entendiendo que estas son las mas apropiadas para una determinada aplicación en los equipos de su fabricación,

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Debemos entender que las frecuencias que solicitan para el Transductor Cardiológico de Banda Ancha para Adultos, deben estar dentro del rango de 2,0 a 4,0 Mhz, tal como se ha determinado en anteriores proceso del estado.

5. RESPUESTA.

El comité Especial aclara que el transductor de Banda ancha para Adulto deberá estar dentro de un rango de 2,0 a 4,0 Mhz.

CONSULTA Nº 02

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 12

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En el numeral A19 se solicita:
Transductor de Banda Ancha Pediátrico 3,0 a 8,0 Mhz.

Dado que los valores de las frecuencias de los transductores varían según los diseños de cada fabricante y entendiendo que estas son las mas apropiadas para una determinada aplicación en los equipos de su fabricación,

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Debemos entender que las frecuencias que solicitan para el Transductor Cardiológico de Banda Ancha para Pediátrico, deben estar dentro del rango de 3,0 a 8,0 Mhz, tal como se ha determinado en anteriores proceso del estado.

5. RESPUESTA.

El Comité Especial aclara que el transductor de banda ancha de uso pediátrico deberá estar dentro de un rango de 3,0 a 8,0 Mhz.

CONSULTA Nº 03

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 13

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En el numeral A31 se solicita :
Video Impresora Blanco/negro y Color

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Dado que la Video Printer Color también puede imprimir fotografías en Blanco y Negro,
¿Puede aclarar si se refieren a dos videos – impresoras, una blanco y negro y otra color?

5. RESPUESTA.

El Comité Especial aclara que se requerirá de 2 impresoras:

- Impresora Blanca / Negro
- Impresora a Color

CONSULTA Nº 04

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 13

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En el numeral A31 se solicita :
Manual de Operaciones: Manual de Instrucciones de Funcionamiento, traducido al español.

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Por tratarse de manuales voluminosos,
¿Se permitirá la entrega de Manual de Operaciones en formatos Pdf grabado en un CD?

5. RESPUESTA.

El Comité aclara que en el sobre de propuestas técnicas las empresas podrán presentar un CD conteniendo el Manual de Operaciones y una Declaración Jurada comprometiéndose a entregar el manual original impreso en español e ingles en caso de ser adjudicadas con la Buena Pro

CONSULTA Nº 05

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 13

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En el numeral A31 se solicita:
Manual de Operaciones: Manual de Instrucciones de Mantenimiento, traducidas al español

Generalmente se solicitan estos manuales una vez que ha sido adjudicado el bien.

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Se permitirá la entrega del Manual de Mantenimiento en formato Pdf gradabo en un CD y en idioma Ingles con el compromiso de entregar el manual traducido si se obtuviese la buena Pro.

5. RESPUESTA.

El Comité aclara que en el sobre de propuesta técnica las empresas podrán presentar un CD conteniendo el Manual de Mantenimiento y una Declaración Jurada comprometiéndose a entregar el manual original impreso en español e ingles en caso de ser adjudicadas con la Buena Pro

EMPRESA: GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.

CONSULTA Nº 06

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 12

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En La ETM A10 se solicita: "Modo M, Modo B, Modo B/M, Modo Dual B, Modo B Quad".

A este respecto le manifestamos que la presentación en Modo B Quad, tiene una aplicación clínica prácticamente nula y corresponde a una característica de una marca en particular

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Solicitamos se elimine la característica "Modo B Quad" del requerimiento A10

5. RESPUESTA.

El Comité Especial aclara que se aceptara la consulta del postor y se procederá a la eliminación de la Característica Modo B Quad.

CONSULTA Nº 07

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 12

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En la ETM A16 se requiere Modo Doppler Tisular.

A este respecto se debe precisar que existen dos tipos de presentación del Doppler Tisular: en Modo Color y en Modo onda pulsátil. Con el Doppler Tisular Color se muestra la dirección y duración de la función miocárdica y el Doppler Tisular de onda pulsada sirve para trazar el mapa del tejido cardíaco y de la motilidad parietal de los vasos con base a velocidades; es decir que se complementan el uno al otro y ambos son imprescindibles cuando se realizan exámenes cardiacos, por lo que entendemos que el eco cardiógrafo requerido debe contar con ambas presentaciones del Doppler Tisular.

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Por lo que, solicitamos se nos confirme si el eco cardiógrafo debe contar con los dos tipos de presentación del Doppler Tisular (en Modo Color y en Modo onda pulsátil).

5. RESPUESTA.

El Comité Especial aclara que el equipo solicitado debe contar con los 02 tipos de presentación, Doppler Tisular en modo Color y en Modo Onda pulsátil

CONSULTA Nº 08

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES.

Numeral(es): Capitulo IV
Anexo(s) : Requerimentos Técnicos Mínimos
Página(s): 12

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO.

En la especificación técnica A26 se solicita "Almacenamiento de imágenes en CD / DVD", y en la A29 "Lector Grabador de CD-DVD"

A este respecto debemos precisar que no es necesario contar con ambas modalidades de grabación y considerando que el medio magnético más difundido en las computadores personales es el CD.

4. CONSULTA / OBSERVACIÓN.

Solicitamos se acepten equipos que posean el almacenamiento de imágenes en CD ó DVD y un Lector Grabador de CD ó DVD"

5. RESPUESTA.

El Comité Especial aclara que el equipo propuesto deberá contar con un lector Grabador de CD y DVD.